



Pedido de Cotação
Número: 1350/2024

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA
Usuário: NEILTON DOMINGOS DE ARAÚJO - Data: 09/12/2024 - Hora: 10:57

Data do Pedido: 09/12/2024

Data Limite para Entrega de Proposta:

Projeto: 1539 - INTEGRA ANIMAL - BRASKEM
Comprador: NEILTON DOMINGOS DE ARAÚJO
Coordenador: PIERRE BARNABE ESCODRO

Estando a FUNDEPES - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO E PESQUISA - interessada na aquisição de Materiais de Permanente, para atender ao Convênio: 1539 - INTEGRAANIMAL - BRASKEM, este departamento solicita a Vossa Senhoria, apresentar proposta comercial, de acordo com as especificações constantes neste documento, em moeda nacional.

A presente aquisição é regida pelo decreto nº 8.241/14.

Sub-Grupo	Material/Serviço	Unidade	Quantidade
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR Detalhe do Material/Serviço:	BOLSA PRESSURIZADORA AQUISIÇÃO DE BOLSA PRESSURIZADORA SEM MANÔMETRO - 500 ML. CARACTERÍSTICAS: -TRANSPARENTE - PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO DO FRASCO DE SORO E VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DO FLUIDO DE QUALQUER ÂNGULO. - DURÁVEL - PRODUZIDO EM POLIURETANO DENSO E RESISTENTE. - FÁCIL DE LIMPAR: MATERIAL DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PERMITE A REUTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MELHORANDO A RELAÇÃO CUSTO/BENEFÍCIO. - PRÁTICO: GANCHO ESPECIAL EMBUTIDO, PERMITE QUE O FRASCO DE SORO SEJA SUBSTITUÍDO SEM REMOVER A BOLSA DO SUPORTE. - RÁPIDO E FÁCIL: O BULBO EXTRA GRANDE PERMITE UMA PERFEITA INSUFLAÇÃO COM MAIS RAPIDEZ E FACILIDADE. A TORNEIRA DE TRÊS VIAS DE ALTO FLUXO PERMITE O ESVAZIAMENTO QUASE INSTANTÂNEO SEM COMPRIMIR A BOLSA	UNIDADE	3,00
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	R DONA MARIETA LAGES , 120, MACEIÓ, FAROL, AL		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR Detalhe do Material/Serviço:	FOCO CIRÚRGICO GRANDES AQUISIÇÃO DE FOCO CIRURGICO, CONFORME A ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: UTILIZADO EM CIRURGIAS OU PROCEDIMENTOS COMPLEXOS QUE NECESSITEM DE ALTA ILUMINAÇÃO; 60 LUZES LED DISTRIBUÍDAS EM 3 CÚPULAS (1 PRIMÁRIA E 2 SECUNDÁRIAS); 20 LEDS POR CÚPULA; DOIS TIPOS DE LUZ: BRANCO FRIO E BRANCO QUENTE. BAIXO CONSUMO; MAIOR LUMINOSIDADE; NÃO ESQUENTA O AMBIENTE; * DIÂMETRO DA CÚPULA PRINCIPAL: 200MM * DIÂMETRO DA CÚPULA SECUNDÁRIA: 300MM * NUMERO DE CÚPULAS: 1 PRIMÁRIA E 2 SECUNDÁRIAS * LEDS POR CÚPULA: 20 LEDS, SENDO 10 BRANCO FRIO E 10 BRANCO QUENTE * TOTAL DE LEDS: 60 LEDS DE AUTO BRILHO E ALTA POTÊNCIA. * TEMPERATURA DA COR: 3.200°K / 4.200°K /- 200°K * INTENSIDADE LUMINOSA: 190 MIL LUX /-5% * VIDA ÚTIL: /- 20MIL HORAS * ALIMENTAÇÃO: 110V OU 220V AUTOMÁTICO * MATERIAL: ALUMÍNIO	UNIDADE	3,00
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	R DONA MARIETA LAGES , 120, MACEIÓ, FAROL, AL		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR Detalhe do Material/Serviço:	GLICOSÍMETRO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GLICEMIA VETERINÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: RESULTADOS EM 5 SEGUNDOS; • MEMÓRIA PARA 300 RESULTADOS; • ALARMES DE HIPOGLICEMIA E HIPERGLICEMIA; • CALIBRAGEM: CHIPS ESPECÍFICOS PARA CADA MAMÍFERO; • PROGRAMAÇÃO DE ALARME PARA 4 HORÁRIOS DIÁRIOS; • BOTÃO DE EJETOR DE TIRAS; • VISOR GRANDE RETROILUMINADO, DÍGITOS DE FÁCIL LEITURA; • CÁLCULO AUTOMÁTICO DAS MÉDIAS DOS RESULTADOS (7, 14 E 30 DIAS); • TECNOLOGIA AUSTRIACA: MAIOR PRECISÃO.	UNIDADE	4,00
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	R DONA MARIETA LAGES , 120, MACEIÓ, FAROL, AL		
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR Detalhe do Material/Serviço:	Desfibrilador AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR VETERINÁRIO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: CARGA REGULÁVEL DE 1 À 360 JOULES AJUSTÁVEIS ATRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360. SELEÇÃO E CARGA: MEDIANTE COMANDO ÚNICO. CIRCUITO DE APLICAÇÃO: MANTÉM O PACIENTE TOTALMENTE ISOLADO E PROTEGIDO DA REDE ELÉTRICA E DO TERRA. CIRCUITO DE SINCRONISMO: REALIZA CARDIOVERSÃO ATRAVÉS DE SINCRONISMO COM A ONDA "R" FORNECIDA PELO MONITOR MX-10 / MX-20 / MX-300. DESCARGA AUTOMÁTICA DE ENERGIA ARMAZENADA APÓS CADA APLICAÇÃO. TEMPO MÁXIMO DE CARGA:10 SEGUNDOS. DESCARGA CAPACITIVA AMORTECIDA (LOWN) 3 CIRCUITOS DE PROTEÇÃO: • DESLIGAMENTO POR TEMPO • DESLIGAMENTO POR TENSÃO • DESLIGAMENTO POR PROGRAMAÇÃO CARGA AJUSTABLE DE 1 À 360 JOULES, A TRAVÉS DE TECLAS BLINDADAS: 1, 2, 5,10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360. ACESSÓRIOS 1 CABO DE FORÇA DE 3 PINOS (2,50M) 1 PAR DE ELETRODOS EXTERNOS (ADULTO) ACESSÓRIOS OPCIONAIS CABO DE SINCRONISMO PAR DE ELETRODOS EXTERNOS (INFANTIL) PAR DE ELETRODOS INTERNOS (ADULTO) PAR DE ELETRODOS INTERNOS (INFANTIL) DIMENSÕES ALTURA14,0 CM LARGURA22,8 CM PROFUNDIDADE22,8 CM PESO6,5 KG ALIMENTAÇÃO VOLTAGEM 110/220 VOLTS 50/60 HZ 12 VDC/400 WATTS, BAT.EXT. VOLTAGEM	UNIDADE	1,00
Local Previsto p/ Entrega/Execução:	R DONA MARIETA LAGES , 120, MACEIÓ, FAROL, AL		
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO Detalhe do Material/Serviço:	MANÔMETRO AQUISIÇÃO DE MANÔMETRO REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO FULL. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO - ALTA PRESSÃO FLUIDO DE TRABALHO: OXIGÊNIO (O2) MODELO: RI - 16 REGULADORES DE PRESSÃO DE SIMPLES ESTÁGIO VÁLVULA DE SEGURANÇA EXTERNA CORPO TOTALMENTE FORJADO EM LATÃO DESTINADOS AO USO EM SISTEMAS DE ALTA PRESSÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONEXÃO DE ENTRADA PORCA ROSCA DIREITA EXTERNA 0,960" -14NGO (ABNT 245-1) CONEXÃO DE SAÍDA NIPLE COM CONEXÃO TIPO UNIÃO PARA PORCA ROSCA DIREITA 9/16"UNF-18 PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA 4000 PSI PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA 200 PSI VAZÃO MÁXIMA 20 M3/H MANÔMETRO DE ENTRADA DIÂMETRO NOMINAL 52MM CAIXA EM LATÃO	UNIDADE	2,00

Empresa: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE DESENVOLVIMENTO DE EXTENSAO E PESQUISA
Usuário: NEILTON DOMINGOS DE ARAÚJO - Data: 09/12/2024 - Hora: 10:57

FORJADO PINTURA DOURADO COMPONENTES INTERNOS EM LATÃO MANÔMETRO DE SAÍDA DIÂMETRO NOMINAL 52MMM CAIXA EM LATÃO FORJADO PINTURA DOURADO COMPONENTES INTERNOS EM LATÃO			
Local Previsto p/ Entrega/Execução: R DONA MARIETA LAGES , 120, MACEIÓ, FAROL, AL	Kit Oxigênio	UNIDADE	4,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR			
Detalhe do Material/Serviço:	AQUISIÇÃO DE KIT REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO ACESSÓRIOS PARA USO DOMICILIAR. TOTAL 06 ITENS INCLUSOS NO KIT DESCRITOS ABAIXO: - 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO; - 01 COPO FRASCO UMIDIFICADOR 250 ML (ANVISA: 10432300011) - 01 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS 2MT (ANVISA: 10150470626) - 01 EXTENSOR DE CATETER 2MT (ANVISA: 10150470481) - 01 CONECTOR PARA EMENDAR O CATETER E O EXTENSOR (ANVISA: 80677040003) - 01 MICRONEBULIZADOR ADULTO COM COPO PARA MEDICAÇÃO 6ML (ANVISA: 10150470540)		
Local Previsto p/ Entrega/Execução: R DONA MARIETA LAGES , 120, MACEIÓ, FAROL, AL	EQUIPAMENTO HPLC	UNIDADE	1,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR			
Detalhe do Material/Serviço:	AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA APLICAÇÕES DE HPLC SEMI-PREPARATIVO E PREPARATIVO. MONITOR DISPLAY GRANDE PARA OPERAÇÃO INDEPENDENTE E UM CONTADOR EMBUTIDO PARA MONITORAR A VIDA ÚTIL DA LÂMPADA.220V. O SOFTWARE TRILUTION® LC PARA PURIFICAÇÃO E CONTROLE.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução: R DONA MARIETA LAGES , 120, MACEIÓ, FAROL, AL	CAPELA DE FLUXO LAMINAR	UNIDADE	2,00
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			
Detalhe do Material/Serviço:	AQUISIÇÃO DE CAPELA DE FLUXO LAMINAR HORIZONTAL COM LATERAIS EM VIDRO - DIM.INT. (LXPXA). INDICAÇÃO DA MARCA: SPLABOR.		
Local Previsto p/ Entrega/Execução: R DONA MARIETA LAGES , 120, MACEIÓ, FAROL, AL			

As mercadorias entregues deverão vir acompanhadas da documentação fiscal, juntamente com cópia da ordem de fornecimento/serviço, no horário estabelecido.

VALIDADE DOS PRODUTOS:

Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente em embalagens originais, contendo: procedência, marca prazo de validade, entre outros (no que couber) e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações.

Os produtos devem ter na data de entrega, no mínimo 80% (oitenta por cento) do seu prazo de validade ainda por vencer, com data de validade impressa em cada item.

Todas as despesas com transporte correrão por conta da contratada, em caso de frete o valor deverá ser embutido no preço da proposta, exceto em caso de importação.

Orientações para envio de proposta: Em papel timbrado e assinado por pessoa legalmente autorizada, enviada como anexo por e-mail ao endereço compras@fundepes.br. O material deverá ser cotado com frete CIF-Maceió/AL, indicando prazo de entrega. O prazo para pagamento é de até 30 dias após a entrega. Notas fiscais devidamente atestadas, protocoladas entre os dias 01 a15 - Pagamento dia 30 ou 31 do mês corrente. Notas fiscais devidamente atestadas, protocoladas entre os dias 16 a 31 - Pagamento dia 15 do mês subsequente. A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa - FUNDEPES é consumidor final. Certosda atenção dispensada, colocamo-nos àdisposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

PENALIDADES:

- 1.1 - Pela inexecução total ou parcial injustificada do contrato a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:
 - a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
 - b) MULTA - no valor de 5% (cinco por cento) do valor da adjudicação;
- 1.2 O fornecedor que ensejar o retardamento da execução da Seleção, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de participar de Seleção e contratar, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.